



N° Expediente: T-000530/23-PJ-PJ-EXP

N° Expediente Asociado:

Gestión de Compra N°: - Adquisición de Freezer Vertical p/ Direcc. de Laboratorio de Medicina Forense - Juan J. BELZKI

sobre Preventivo N°: 442867 Adquisición de Freezer Vertical p/ Direcc. de Laboratorio de Medicina Forense - Juan J. BELZKI

LICITACIÓN PRIVADA N° 12/23

APERTURA: 13/04/23

HORA: 9.30

SEÑOR:

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: TREINTA (30) DIAS desde la fecha de apertura.-

PLAZO DE ENTREGAS: DENTRO DE LOS 30 DIAS de recepcionada la Orden de Provisión.-

Sírvase cotizar **PRECIO Y MARCA** por suministros que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones que se detallan y a lo establecido I en los **PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES (Publicado en la página oficial del Poder Judicial de la Provincia de Formosa - www.jusformosa.gob.ar/transparencia/licitaciones) y PARTICULARES.-**

CONDICIONES DE PAGO: Se efectuarán de la siguiente manera: , una vez recibida las facturas, previa conformidad de recepción de lo solicitado.-

PEDIDO POR: LABORATORIO DE MEDICINA FORENSE

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SOBRES: Mesa de Entradas del Serv. Administrativo Financiero - 2do piso STJ - Juan Jose Silva N° 856 - Formosa (Capital).-

ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS: Oficina de Patrimonio Junin 132 - Formosa (Capital).-

Detalle de ITEMS

Rg	Código	Descripción	Cant	P.Unidad	Total
1	4.01.002.045	FREEZER. VERTICAL - S/CAJONERA - USO LABORATORIO Freezer vertical tipo marca PRESVAC, capacidad de 360 Lts.; gabinete interior de acero inoxidable calidad AISI-304; gabinete exterior en chapa con pintura resistente a bajas temperaturas; gabinete totalmente inyectado en poliuretano libre de CFC; sistema de puertas blindadas inyectadas en poliuretano; tablero de control con visualización constante de la temperatura; temperatura de trabajo precalibrada de -35°C-, temperatura y alarmas programables; test de pruebas de alarmas; alarmas sonoras y audibles de máxima y mínima; calibración de alarmas y de temperatura de trabajo por el usuario; botón de silenciamiento de alarma sonora con reconexión automática; gas refrigerante libre de CFC; dimensiones externas 0,73 x 0,80 x 1,90 m. y de primera calidad.-	1	\$.....	\$.....
Total: \$.....					

SON PESOS:.....

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE