



Nº Expediente  
 T-002043/23-PJ-PJ-EXP-GC

En Curso  
 27/4/2023 07:50

Aprobación

**Gestión de Compra Nº: - Provision Centro/Sistema de Inclusion en Parafina p/Laboratorio de Medicina Forense Licitacion**  
 sobre Preventivo Nº: 445533 Provision Centro/Sistema de Inclusion en Parafina p/Laboratorio de Medicina Forense Licitacion

**LICITACIÓN PRIVADA Nº 29/23**

**APERTURA: 09/05/23**

**HORA: 9.30**

**SEÑOR:**

**MANTENIMIENTO DE OFERTAS: TREINTA (30) DIAS** desde la fecha de apertura.-

**PLAZO DE ENTREGAS: DENTRO DE LOS 30 DIAS** de recepcionada la Orden de Provisión.-

**Sírvase cotizar PRECIO Y MARCA** por suministros que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones que se detallan y a lo establecido en los **PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES** (Publicado en la página oficial del Poder Judicial de la Provincia de Formosa – [www.jusformosa.gob.ar/transparencia/licitaciones](http://www.jusformosa.gob.ar/transparencia/licitaciones)) y **PARTICULARES.-**

**CONDICIONES DE PAGO:** Se efectuarán de la siguiente manera: , una vez recibida las facturas, previa conformidad de recepción de lo solicitado.-

**PEDIDO POR: LABORATORIO DE MEDICINA FORENSE**

**LUGAR DE ENTREGA DE LOS SOBRES: Mesa de Entradas del Serv. Administrativo Financiero - 2do piso STJ - Juan Jose Silva Nº 856 - Formosa (Capital).-**

**ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS:** Oficina de Patrimonio Junin 132 - Formosa (Capital).-

Detalle de ITEMS					
Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
001	4.01.018.032	EQUIPO DE LABORATORIO. GENERICO centro/Sistema Modular de Inclusion en Parafina, tipo Leica Arcadia H y/o Thermo Scientific Histostar. Caracteristicas. Selecccion de temperatura ajustable. Operaciones controladas a traves del microprocesador del centro de inclusion. Calentador de pinzas con control de temperatura. Placa aislada para la orientacion de las muestras. Grifo dispensador de parafina con regulador de caudal. Apertura del grifo dispensador manual o por pedal. Cubeta para inclusion con bandeja extraible. Area caliente para mantener los moldes. Sistemas de luz incorporada para una mejor visibilidad durante la orientacion de la muestra. Microprocesador controlado para la indicacion de temperatura y tiempo. Programacion mediante pantalla facil e intuitiva. Rango de temperaturas ajustables entre 55 y 70° C. Capacidad del deposito de parafina de 3 litros aproximadamente como minimo. Cubeta y area caliente 2,2 litros aproximadamente como minimo, de 1° cal.-	1	\$.....	\$.....
<b>Total:</b>					\$.....

**SON PESOS:**.....

-----  
**FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE**